

Requisiti di stoccaggio e cicli dei test SNAP di IDEXX

Linee guida sull'utilizzo quotidiano

Cosa si intende per cicli?

I cicli indicano il processo necessario per portare i test SNAP a temperatura ambiente, estraendoli dal frigorifero e riponendoli a fine turno. I test SNAP si avvalgono della tecnologia ELISA, che generalmente prevede la refrigerazione per mantenere un elevato grado di precisione. Eseguendo il ciclo dei test all'inizio della giornata lavorativa, si azzerà il tempo di attesa per il riscaldamento, consentendo di effettuare analisi efficienti e accurate durante tutto il turno.

Passo dopo passo:

- 1. Controlla la tabella (nella pagina successiva):** consulta la tabella per i limiti di temperatura e di cicli per ogni prodotto SNAP.
- 2. Monitora i tempi:** annota il momento in cui estrai il prodotto dal frigorifero per tenere traccia della frequenza dei cicli.
- 3. Non disimballare:** conserva i test SNAP nella loro confezione in alluminio e il coniugato nel flacone.
- 4. Utilizza secondo necessità:** al momento di effettuare il test, potrai usarlo senza dover attendere che si riscaldi!
- 5. Riponilo entro il tempo indicato:** se non utilizzato, riponi il prodotto in frigorifero entro i tempi indicati (8 o 14 ore, a seconda del prodotto).



REQUISITI DI STOCCAGGIO	NOME DEL TEST	DURATA MASSIMA DEI CICLI	LINEE GUIDA PER I CICLI
Temperatura ambiente 0 in frigorifero (da 2 °C a 25 °C)	SNAP® 4Dx® Plus†	14 ore	Possono essere estratti dal frigorifero fino a 30 volte
	SNAP® Leish 4Dx†	14 ore	
	SNAP® Leishmania†	14 ore	
	SNAP® Heartworm (Filaria)	8 ore	
	SNAP® Parvo	8 ore	
In frigorifero (da 2 °C a 8 °C)	SNAP® Feline Triple®	14 ore	
	SNAP® cPL™ (lipasi specifica del pancreas canino)	8 ore	
	SNAP® fPL™ (lipasi specifica del pancreas felina)	8 ore	
	SNAP® Feline proBNP	8 ore	
	SNAP® FeLV	8 ore	
	SNAP® Feline Combo Plus (FeLV/FIV)	8 ore	
	SNAP® Foal IgG	8 ore	
	SNAP® Giardia	8 ore	
	SNAP® Lepto	8 ore	

†Il metodo di conservazione può influire sulla data di scadenza di SNAP 4Dx Plus, SNAP Leish 4Dx e SNAP Leishmania. Se conservati a temperatura ambiente, i test scadono dopo 6 mesi; la data di scadenza non può essere prolungata mediante refrigerazione. Se conservati in frigorifero, i test scadono secondo quanto indicato sulla confezione del prodotto.

Supporto e consulenza per ogni test SNAP

Ogni test SNAP consente l’accesso a un ecosistema diagnostico completo. Ciò include algoritmi diagnostici, consulti medici, test di follow-up presso i laboratori di riferimento e molto altro. Un’assistenza preziosa in clinica e non solo.

Per effettuare gli ordini, visita order.idexx.com o contatta il tuo Inside Sales Representative.

